

招标设备技术参数表

PDA（临床护士站）招标参数

序号	招标要求
一	设备名称
1.1	移动临床信息系统手持终端 PDA
二	设备用途
2.1	移动信息终端，扫描一维，二维条码等
三	基本技术要求
3.1	CPU 双核及以上 主频 ≥ 800 MHz
3.2	内存 RAM 512MB 及以上 ROM 8GB 及以上
3.3	操作系统 Android 4.1 或以上企业增强版本
3.4	屏幕 ≥ 4.3 英寸彩色 VGA 电容双触控触控屏 800×480 分辨率；
3.5	电池 可充电锂离子智能电池 ≥ 2600 mAh
3.6	扫描头 支持一维、二维条码扫描
3.7	集中管理 支持统一集中初始化并内置软件客户端，包含至少三年软件许可及服务
3.8	跌落 可承受多次 1 米的跌落冲击
3.9	无线网络：支持 IEEE® 802.11a/b/g/n
3.10	硬件服务：提供三年原厂质保书及项目授权书；
四	其他
4.1	整机必须全部原厂生产，与注册证相符合
4.2	至少保修三年，维修响应时间 2 小时，浙江省内有固定维修联络点
4.3	出现故障需送修时及时提供备用机，不影响用户的使用
4.4	使用手册等有关资料一套
4.5	维修手册及技术资料一套
4.6	提供全套设备配置清单（包括选购件），并列出详细规格型号；
4.7	各投标厂家所投主机型号必须为医院所认可
4.8	附原厂原版技术参数资料复印件，用于参数核对
4.9	提供技术培训，并提供全部相关费用

4.10	设备在用期免费软件升级
4.11	提供保修期以后的保修方案，作为加分依据。
4.12	其他的优惠措施
4.13	保养与校准：每年二次
4.14	合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。